



«Тасдиқ мекунам»

Сардухтури Беморхонаи  
марказии ноҳияи Спитамен

Асадов К.Н.

«    » соли 20\_\_

## Нақшаи ҷавобгӯии садамавӣ ва чорабиниҳои пешгирикунанда ҳучраи рентгении Беморхонаи марказии ноҳияи Спитамен

Нақшаи ҷавобгӯии садамавӣ ва чорабиниҳои пешгирикунанда – хифзи саломатии кормандон ва беморон амали намудани 3 принципи асоснокии бехатарии радиатсионӣ – меъёркунонӣ, асоснокии ва муътадили роҳ надодани ҳолати садамавӣ ва нест кардани оқибатҳои он мебошад.

Мутобиқи қоидаҳо ва меъёрҳои, ки мувофиқи моддаҳои 8 ва 18 Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарии радиатсионӣ» (сах.5) банди 14 «Шахси масъул оиди таъмини бехатарии радиатсионӣ, техникаи бехатарӣ ва санитарияи истеҳсоли хангоми истифодабарии асбобҳо ва утӯқҳои рентгенӣ роҳбари муассиса мебошад».

Дар ҳучраи рентгении Беморхонаи маказии ноҳияи Спитамен таҷҳизоти рентгении «PVM 20», соли бароишаш 1985, дар ҳучраи флюорография як таҷҳизоти флюорографии «12 Ф 7», соли бароишаш 1983 ва як дастгоҳи рентгении дандони «5 Д 2», соли бароишаш 1982 ҷойгир карда шудааст.

Эҳтимолияти руҳ додани ҳолати садамавӣ ҳучраи рентгенӣ:

1. Расонидани зарар ба ҳимояи радиатсионии таҷҳизот ва ё утӯқ
2. Аз меъёр зиёд гирфтани шуоъ аз ҷониби персонал ва ё беморон
3. Расиши кӯтоҳ ва ё канда шудан дар системаи таъмини барқӣ
4. Расиши кӯтоҳ дар занҷири барқӣ бо воситаи бадани одам
5. Вайрон шудани механикии элементҳои таҷҳизоти рентгенӣ
6. Вайрон шудани системаи коммуникатсионии таъмини об, ташноб ва шамолдихӣ
7. Ҳолати садамавӣ деворҳо, фарш ва шифт
8. Сухтор

Садама зерин назорат қарор мегирад: сухтани термики, яраи барқӣ, шикастани устухонҳо.

Алоқа бо маъмурияти Беморхонаи маказии ноҳияи Спитамен

Раками телефонии сардухтури Беморхона \_\_\_\_\_

Сармутахассиси Раёсати Тандурусти телефон: \_\_\_\_\_